二、投标分项报价表

项目名称:中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目采购医疗设备（第一批）（二次）

项目编号:GZFCG2026-32786

报价单位：万元

序号	名称	型号和规格	数量	原产地（货物）	制造商名称	单价	总价	合同履行期限	质保期	备注
1	心电监护仪	心电监护仪参数、科曼 N12 一、整机要求 一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。 ▲1.12 英寸彩色液晶触摸屏，分辨率 1280*800，10 通道波形显示。 2.屏幕标配最新电容屏非电阻屏，提供说明书或检验报告证明。 ▲3.显示屏采用宽视角技术，支持 170 度可视范围。 ▲4.内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装，锂电池支 持监护仪工作时间 4 小时。 5.安全规格：ECG，TEMP，SpO2 ，NIBP 监测参数抗电击程度为防除颤 CF 型。 6.监护仪设计使用年限：10 年。 ▲7.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂 40 种,在厂家手册中清晰	19	深圳	深圳市科曼医疗设备有限公司	3.00	57.00	30 日历天（具体以签订的合同为准）	整机原厂全保 3 年。具体为厂家质保 1 年的基础上再提供 2 年原厂全保，即 1+2 年全保。签订本项目政府采购合同时中标方需提供整机原厂全保 3 年相关盖章证明文件，双方签订验收报告之日起计算。	

		列举消毒剂的 种类。 ▲8.监护仪主机工作温度环境范围：0-40° C。 ▲9.监护仪主机工作湿度环境范围；15-95%。 二、监测要求 1.配置 3/5 导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测， 以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。 ▲2.心电监护支持心率，ST 段测量，心律失常分析，QT/QTc 连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者。 3.心电波形扫描速度支持 6.25mm/s、12.5 mm/s、25mm/s 和 50mm/s。 ▲4.提供窗口支持心脏下壁,侧壁和前壁对应多个 ST 片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 5.支持 25 种心律失常分析,包括房颤分析。 6.QT 和 QTc 实时监测参数测量范围：200～800 ms。 7.支持心电多导同步分析，提供产品界面、手册截图等证明材料。 8.提供 SpO2,PR 和 PI 参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自 SpO2 的 PR 测量范围：20-300。 9.支持指套式血氧探头，IPX7 防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。								

fab42d9e9884553b6b7426bfc59cda-20260513012601745

		▲10.提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，提供24小时血压统计结果，提供说明书或检验报告证明。 11.提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200 rpm。 12.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围： 收缩压30~275mmH。 三、系统要求 1.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警 需求。 ▲2.具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.支持1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储30秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值，提供说明书等证明文件。 4.支持1000组NIBP测量结果 5.支持120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。 6.支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据 导出到U盘。 7.支持RJ45接口进行有线网络通信,和除颤监护仪一起联网通信								

fab42dd9da8d45326b1734268fc59cda-20260513012601745

		到中心监护系统。 8.支持监护仪进入夜间模式，演示模式和待机模式，可选隐私模式。 ▲9.提供计时器功能，界面区提供设置4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 10.可升级临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警。 11.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对 超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 ▲12.心电、血氧、血压附件兼容同品牌其他所有在线系列监护仪，提供机器接口证明文件。 四、配置清单 1.监护仪主机1套。 2.锂电池1块。 3.心电附件包1套。 4.体温附件包1套。 5.血氧附件包1套。 6.无创血压附件包1套。								

fab426d9da8d4553b6573426bfc59cda-20260513012601745

		六、售后（其他） 1.仪器整机质保：三年。 2.设备使用效期内免费提供系统升级服务。 3.海拔 4500 米以上能够正常使用，且满足使用科室需求。								
2	便携式心电监护仪	便携式心电监护仪参数、科曼 K1A 一、技术要求 1.适用于成人、小儿、新生儿的监测。 2.转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准。 ▲3.5.5 英寸彩色触摸电容显示屏，支持屏幕手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作。 4.整机重量＜1.2Kg，小巧便携。 5.IP44 防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。 6.坚固耐用，抗 1.2 米 6 面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。 7.内置 DC 电源接口，可以进行车载充、内置锂电池供电，支持至少 5 小时的持续监测。 8.具备 3/5 导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2 通道体温。 ▲9.可升级微创连续血流动力学监测模块，非无创电阻抗法，具有更好的监测准确性，可采用 PiCCO 或类似技术，实现 CCO 连续心排量、SVV 每搏变异量等血液动力学监测参数，直观观察病人的变化情况。	3	深圳	深圳市科曼医疗设备有限公司	5.00	15.00	30 日历天（具体以签订的合同为准）	整机原厂全保 3 年。具体为厂家质保 1 年的基础上再提供 2 年原厂全保，即 1+2 年全保。签订本项目政府采购合同时中标方需提供整机原厂全保 3 年相关盖章证明文件，双方签订验收报告之日起计算。	

fab422ed9da8845536b5f4426bfc59cda-20260513012601745

		▲10.转运监护仪支持插入床旁监护仪任意模块插槽作为参数模块使用，即插即用。 11.心电支持至少3个分析导联实时动态同步分析,并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。 12.支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析 13.提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。 14.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值，QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 ▲15.提供双通道体温和温差参数的监测,并可根据需要更改体温通道标名。 16.提供手动、自动间隔、连续、序列和整点五种无创血压测量模式。 17.不低于40小时全息波形回顾和100小时趋势数据回顾。 二、配置清单 1.监护仪主机1套。 2.锂电池1块。 3.心电附件包1套。 4.体温附件包1套。 5.血氧附件包1套。 6.无创血压附件包1套。 三、售后（其他） 1.仪器整机质保：三年。								

fab426d9da8d4553bbb7426bfc59cda-20260513012601745

		2.设备使用效期内免费提供系统升级服务。 3.海拔4500米以上能够正常使用，且满足使用科室需求。								
3	全自动心肺复苏仪	全自动心肺复苏仪参数、尚领MCC-E5 一、技术要求 ★1.便携式电动心肺复苏机，适合院内院外心肺复苏急救。 2.按压技术：3D按压，采用结合胸泵和心泵机制、模拟心脏搏动原理的智能心肺复苏技术，能比徒手CPR更高效率地改善血流动力学效应，减少复苏过程引起的损伤。 ▲3.按压频率：100次/分钟，至少包含100次/分钟，调节档位3档可调，便于适应不同患者的个性化调节需要。 4.按压频率精度：100-120次/分钟范围内，按压频率允许误差±1次/分钟。 ★5.按压深度可调范围：按压深度在3.0-5.5cm内连续可调，调节步进幅度为0.1厘米。 6.按压深度精度：5-6厘米内，按压深度允许误差±0.2厘米。 7.按压释放比范围：50%±5%。 8.按压通气模式：连续按压模式和30:2模式。无15：2模式，避免为儿童患者实施机械按压的风险。 9.支持非水平按压，最大工作倾斜度：45°；工作状态下，主机倾斜度不大于最大工作倾斜度时，仍应能够正常工作，按压头按压位置无明显改变，按压深度误差：±2mm、按压频率误差±1次/分钟。	3	苏州	苏州尚领医疗科技有限公司	9.00	27.00	30日历天（具体以签订的合同为准）	整机原厂全保3年。具体为厂家质保1年的基础上再提供2年原厂全保，即1+2年全保。签订本项目政府采购合同时中标方需提供整机原厂全保3年相关盖章证明文件，双方签订验收报告之日起计算。	

fa042d9a8d453bbb7426bfc59cda-20260513012601745

		▲10. 主机绷带挂钩内侧宽度：185mm，确保按压期胸腔双侧向内收缩，避免按压动能外泄。 ▲11. 主机绷带挂钩高度：30mm，确保按压期按压动能可实时传至胸腔背部两侧并向内收缩，实现胸周全收缩效果，同时降低按压期主机的晃动。 ★12. 主机高度 17.5cm，便于在负压隔离仓内实施心肺复苏。 13. 开/关机按键启动和关闭时间 2 秒。 14. 抬动、移动及转运患者时，无需中断按压。 15. 车载运行性能：通过 EN1789《医用车辆和其设备 道路救护车》测试，具有测试报告。在三级公路、行驶速度 40km / h，运行 200km 状态下，能持续稳定实施胸腔按压，实际按压频率误差±1 次/分钟，且实际按压深度误差±0.2 厘米。 16. 安全标准：满足 GB9706.1-2020《医用电气设备 第 1 部分 安全通用要求》的条款要求。 17. 电磁兼容：满足 YY 9706.102-2021《医用电气设备 第 1-2 部分 安全通用要求并列标准 电磁兼容-要求和试验》的要求。 18. 1 块电池供电时间：新电池充满电的情况下，电池可以连续运行的时间 60 分钟。 ★19. 防电击类型分类：II 类外部电源供电的设备，具有双重绝缘或加强绝缘设计，无需专用接地线，满足紧急医疗服务环境中或移动的救护车内无地线环境使用；同时具备内部电源的供电设备。								

fa426d9d8845-3bbb7426bfc59cda-20260513012601745

		▲20. 最低持续工作温度：-5℃，满足寒冬野外急救需求。 ▲21. 最高持续工作作温度： +45℃，满足炎夏野外急救需求。 ▲22. 最高持续工作相对湿度：90%，无冷凝，满足潮湿天气环境下的急救需求。 23. 存储温度：-40℃至 55℃。 24. 单电池最长充电时间不超过 4 小时。 ▲25. 锂电池具有电量指示灯和电量检查按键，从主机取下电池，可检查电池当前的电量状态（需注册证附件技术要求佐证并加盖厂家公章）。 26. 防电击的程度分类：CF 型，应用部分可与患者心脏直接接触的使用。 ▲27. 工作大气压力（存储或工作）：60Kpa-106Kpa，适应高海拔救援。 ★28. 主机重量（含电池）：3Kg。 ▲29. 急救 5G 通讯要求：具有并免费开放 WiFi 接入协议，便于进行 5G 救护车医疗舱移动局域网部署。 30. 主机或外接设备可以显示当前实时按压深度和按压频率。 二、配置清单 1. 主机 1 台。 2. 锂电池 1 个。 3. 电源适配器（含电源线）1 台。 4. 按压智能终端 1 台。								

fab426d9a8d453bbb7342bfc59cda-20260513012601745

		5.固定绷带3个。 6.便携包1个。 三、售后（其他） 1.整机质保：三年。 2.设备使用效期内免费提供系统升级服务。 3.海拔4500米以上能够正常使用，且满足使用科室需求。								
4	转运呼吸机	转运呼吸机参数、Crius V4-A 一、整机与显示要求 ★1.通过EN1789和YY0600.3转运标准测试，提供第三方检测报告。 2.适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。 ▲3.整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。 ▲4.电池续航时间1块电池5小时。 5.呼吸机主机重量4.5kg。 6.吸气峰值流速210L/min。 ▲7.可配备无消耗氧传感器，无需校准和更换。 8.支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。 ▲9.采用7英寸彩色电容触摸控制屏，分辨率800*480像素，可同时显示波形和监测参数。 ▲10.具有屏幕亮度自动调节功能,根据环境光线强度自动调节屏幕亮度。 11.支持显示100小时的全部监测参数趋势图、表分析，8000条	4	深圳	深圳市诺然美泰科技股份有限公司	9.80	39.20	30日历天（具体以签订的合同为准）	整机原厂全保3年。具体为厂家质保1年的基础上再提供2年原厂全保，即1+2年全保。签订本项目政府采购合同时中标方需提供整机原厂全保3年相关盖章证明文件，双方签订验收报告之日起计算。	

fa42d9a8453bb73426bfc59cda-20260513012601745

		报警和操作日志记录。 12.具备截屏U盘导出功能，可缓存50张屏幕文件。 二、环境适应性要求 1.防尘防水等级IP34，保证机器在复杂环境中的安全。 2.最高工作海拔5500m，满足高海拔和直升机转运要求。 ▲3.工作温度范围：-20-50℃，满足低温和高温环境下工作要求。 4.具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能。 三、呼吸模式及功能 ▲1.标配模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）。 2.可配备无创通气模式和氧疗模式。 3.呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。 4.标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定。 四、设置参数 1.潮气量：20ml—2000ml								

fa426d9184553bb7342e5fc59cda-20260513012601745

		2.吸气压力：1—60 cmH2O 3.呼气末正压：0—50 cmH2O ▲4.吸入氧浓度：21—100% 5.吸气时间：0.1—10s 6.压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF 7.流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF 8.呼气触发灵敏度：Auto,4—85% 9.氧疗流量：2—80L/min 五、监测参数和报警 1.监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。 2.波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间和 CO2—时间波形。 3.报警：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。 六、配置清单 1.转运呼吸机主机（带把手）1 套。 2.电池 1 块。 3.气源软管 1 套。 4.基础通气模式包 1 套。 5.呼吸回路套装 1 套。 七、售后（其他）								

fab426d9da8d453b8173426bfc59cda-20260513012601745

		1.整机质保：三年。 2.设备使用效期内免费提供系统升级服务。 3.海拔 4500 米以上能够正常使用，且满足使用科室需求。								
5	输液泵	输液泵参数、科曼 ME900A 一、技术要求 1.产品使用期限：10 年。 2.支持输血功能，并提供证明文件。 3.可升级肠内营养液输液功能，并提供证明文件。 4.输液精度±5% ▲5.速率范围：0.1-2000ml/h，最小步进 0.01ml/h 6.预置输液总量范围：0.1-9999.99ml 7.快进流速范围：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选。 8.可自动统计四种累计量：24h 累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。 9.无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称。 10.8 种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式。 ▲11.不小于 3.5 英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术。 12.全中文软件操作界面。 13.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调。 14.支持药物库，可储存 5000 种药物信息。 15.支持药物色彩标识,选择不同类型药物时对应的药物色彩标识	5	深圳	深圳市科曼医疗设备有限公司	2.26	11.30	30 日历天（具体以签订的合同为准）	整机原厂全保 3 年。具体为厂家质保 1 年的基础上再提供 2 年原厂全保，即 1+2 年全保。签订本项目政府采购合同时中标方需提供整机原厂全保 3 年相关盖章证明文件，双方签订验收报告之日起计算。	

fa42d9e8145e3bb7e426bfc59cda-20260513012601745

		自动显示在屏幕上，支持 4 种以上颜色。 16. 报警时可通过示意图片直观提示报警信息。 17. 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。 18. 压力报警阈值至少 15 档可调。 19. 压力报警阈值最低可设置 50mmHg 20. 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。 21. 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。 ▲22. 具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小 15μL 的单个气泡报警。 23. 信息储存：可存储 5000 条的历史记录。 24. 电池工作时间 5 小时@25ml/h 25. 防异物及进液等级 IP44 26. 整机重量不超过 1.5kg 27. 满足 EN1789 标准，适合在救护车使用，提供证明材料。 二、配置清单 1. 输液泵主机 1 套。 2. 电源线 1 根。 3. 内置电池 1 块。 4. 紧固夹 1 个。 三、售后（其他）								

fab426d9da8f4553bbb73426bfc59cda-20260513012601745

		1.整机质保：三年。 2.设备使用效期内免费提供系统升级服务。 3.海拔 4500 米以上能够正常使用，且满足使用科室需求。								
6	血管显像仪	血管显像仪参数、XG-900 一、技术要求 1.外形尺寸(长×宽×高)：210×60×60mm 2.主机重量：360g 3.操作方式：手持或支架固定。 4.额定功率：10VA 5.电池续航能力：5 小时。 6.电池充电时间：3 小时。 7.电池容量：4300mAh 8.充电电压：5.0V DC 9.供电方式：电池供电/支架外接电源供电。 10.光源类型：近红外光（无辐射）。 11.投影仪分辨率：854*480 12.图像对位精度：0.10mm 13.最佳成像高度：200±20mm 14.图像解析速度：30 帧/秒。 15.最小可识别血管：直径 0.5mm 16.可识别血管深度:皮下 12mm 以内。 17.投影尺寸:大、中、小三种尺寸。	1	西安	西安蓝茗医疗科技有限公司	3.20	3.20	30 日历天（具体以签订的合同为准）	整机原厂全保 3 年。具体为厂家质保 1 年的基础上再提供 2 年原厂全保，即 1+2 年全保。签订本项目政府采购合同时中标方需提供整机原厂全保 3 年相关盖章证明文件，双方签订验收报告之日起计算。	

fa42ad9da8d4553bbb73426bfc59cda-20260513012601745

		18. 投影亮度:五档投影亮度。 ▲19. 投影图像颜色:五种投影颜色、每种颜色均可反色。 ▲20. 血管显示模式：普通模式/增强模式/深度模式。 21. 深度提示：四档深度提示； 1 格绿灯：静脉深度为 0～1. 5mm；2 格绿灯：静脉深度为 1. 5～3. 5mm；3 格绿灯：静脉深度为 3. 5～5. 5mm；4 格绿灯：静脉深度为 5. 5mm 以上。 22. 血管分布图像的存储：具备图像锁定、存储、回放功能，可导出血管分布图像至电脑。 23. 具备最佳投影距离指示。 24. 具备自动休眠/唤醒 ▲25. 具备最佳穿刺路径推荐及最佳血管灌注水平提示。 26. 标配外置式血管影像增强器。 二、配置清单 1. 主机一台。 2. 充电底座一台。 3. 电源适配一个。 4. 血管影像增强器一个。 5. 血管显像仪支架*桌夹式固定支架一个。 三、售后（其他） 1. 整机质保：三年。 2. 包含设备安装所需的电路改造升级等工程改造费用。 3. 设备使用效期内免费提供系统升级服务。								

fab42dd9da8d4553bbb73426bfc59cda-20260513012601745

		4.海拔 4500 米以上能够正常使用，且满足使用科室需求。								
7	可视喉镜	可视喉镜技术参数、YL01-I 一、技术要求 ▲1.显示屏：尺寸 3.5"，图像空间分辨率 6.35lp/mm ▲2.摄像头：分辨率 1600*1200，视角 60° ▲3.电池：锂离子电池，容量≧3400mAh，电压 3.7V，持续工作时间 200min 4.电源：USB 接口,充电器输入 100-240V,充电器输出 5V/2A 5.工作环境：温度 5℃-40℃，湿度 20%-80%，大气压力 86-106KPa 6.工作距离：至少包括 30-90mm 7.光源：色温≧2300K；照度≧4001x 8.显示器旋转角度：前后旋转角度范围≧140°，左右旋转角度范围≧180° 9.防雾功能：无需预热，开机即可防雾。 10.拍照摄像：一键快速拍照 ，可连续摄像。 11.报警功能：电池电量低、电池耗尽、叶片未连接。 12.手柄：人体工程学设计，舒适、便携。 ▲13.镜片通过 IPX8 防水等级测。 ▲14.镜片为 316 医用不锈钢材质;一台主机可以搭配 8 种型号喉镜片。 15.存储：内置≧8G 存储记忆卡，最大可扩展至 32G。 16.图像的色彩还原能力应良好,显示的图像应无明显色差或者失	1	江苏	江苏永乐医疗科技有限公司	4.80	4.80	30 日历天（具体以签订的合同为准）	整机原厂全保 3 年。具体为厂家质保 1 年的基础上再提供 2 年原厂全保，即 1+2 年全保。签订本项目政府采购合同时中标方需提供整机原厂全保 3 年相关盖章证明文件，双方签订验收报告之日起计算。	

fa42...d9...8...45...3bb734...fc59cda-20260513012601745

		真。 17. 显示屏能够调节图像的饱和度、亮度等，方便医生的操作习惯。 18. 显示屏能够以百分比形式显示剩余电量，方便医护人员及时充电。 二、配置清单 1. 喉镜主机 1 台。 2. 重复性喉镜片 3 个。 3. 充电器 1 个。 4. 手提箱 1 个。 三、售后（其他） 1. 整机质保：三年。 2. 海拔 4500 米以上能够正常使用，且满足使用科室需求。								
8	除颤监护仪	除颤仪技术参数、科曼 s1a 一、技术要求 1. 重量：4.6kg（标配，含电池）。 2. 彩色电容触摸屏 8 英寸，分辨率 1024×768 像素，可显示 4 通道监护参数波 形，支持手势操作、自动亮度调节。 3. 提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。 4. 支持中文操作界面。 5. 屏幕显示心电波形扫描时间 24s。 ▲6. 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）	3	深圳	深圳市科曼医疗设备有限公司	2.80	8.40	30 日历天（具体以签订的合同为准）	整机原厂全保 3 年。具体为厂家质保 1 年的基础上再提供 2 年原厂全保，即 1+2 年全保。签订本项目政府采购合同时中标方需提供整机原厂全保 3 年相关盖章证明文件，双方签订验收报告之日起计算。	

fa4f2dd9da8d14553bbb73426bfc59cda-20260513012601745

		功能，AED 功能适用于 29 天以上人群。 7. 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 8. 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分 20 档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达 360J。 9. 可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30/50 J。 10. 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 ▲11. 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 12. AED 除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长 7 小时。 13. 开机到可正常使用时间 3s，符合临床使用。 ▲14. 除颤充电迅速，充电至 200J4s。 15. 除颤后心电基线恢复时间 3s。 16. 从开始 AED 分析到放电准备就绪 15s。 17. 支持病人接触状态和阻抗值实时显示。 18. 支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。 19. 心电波形速度支持 50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持 25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。血氧饱和度波形速度支持 25 mm/s、12.5 mm/s。								

fab42ed9a8814553bbb73426bfc59cda-20260513012601745

		20. 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类 27 种。 21. 支持 ST/QT 实时分析。 22. 阻抗呼吸率范围：0-200rpm。 23. 提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿。 24. 脉率范围：20-300bpm。 25. 无创血压收缩压测量范围：30-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。 26. 支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。 27. 支持提供 IHE HL7 协议，满足院前院内急救系统的联网通信。 28. 标配 1 块外置智能锂电池，可支持 200J 除颤 300 次。 29. 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光 3 种方式进行报警。 30. 配置 50mm 记录纸记录仪，可同时打印不少于 3 通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于 30s；支持连续波形记录。 31. 可存储至少 108 小时连续 ECG 波形，数据可导出至电脑查看。 32. 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检(含监护模块和治疗模块)，支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。 33. 支持设备状态指示灯用户检测。 34. 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。 ▲35. 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别 IP55。								

fa042d9a8d453b5734229fc59cda-20260513012601745

		36.具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准 EN1789 中 6.3.4.3 关于跌落试验的 要求，裸机可承受 0.75 米跌落冲击。 37.工作环境，温度范围：-10° C-55° C，湿度范围：10%-95%，大气压范围：57.0 kPa～106.2kPa。 ▲38.为了保证产品质量，本项目不接受最近两年内因违反《医疗器械生产质量管理规范》被停业整顿的生产厂家产品。 ▲39.为避免纠纷、保护知识产权，本项目不接受最近两年内被最高法院判决专利侵权的生产厂家的产品。 二、配置清单 1.除颤监护仪主机 1 套。 2.电源线 1 根。 3.电池 1 块。 4.除颤电极板附件包 1 套。 5.心电附件包 1 套。 6.基本附件包 1 套。 三、售后（其他） 1.整机质保：三年。 2.设备使用效期内免费提供系统升级服务。 3.海拔 4500 米以上能够正常使用，且满足使用科室需求。								
9	心	心电图机技术参数、SE-1201Pro&SE-1200Pro	4	深圳	深圳	5.00	20.00	30 日历	整机原厂全保 3 年。	

fab426d9da8d4553bbb73426bfc59cda-20260513012601745

	电图机	一、工作条件要求 1.产品可在交流电源 100V～240V，50/60Hz，室温 5—40℃，相对湿度 15%～95%，大气压 57.0kPa～107.4kPa 的环境下正常工作。 2.产品电源插头符合中国标准，无需适配器。 3.内置可充电锂电池，连续工作时间不少于 500 份自动报告，或不少于 1 小时连续记录，或不少于 8 小时无记录测量。 二、ECG 测量规格 ▲1.频率响应：0.01Hz～500Hz ▲2.采样率：64kHz 3.耐极化电压：±900mV（±5%） ▲4.内部噪声：12.5μVp-p 5.共模抑制比：140dB（AC 滤波开启）。 6.除颤防护：承受 5000V(360J)除颤放电，无数据丢失和损坏。 三、显示器 ▲1.不低于 12 英寸彩色液晶屏，分辨率不小于 1280*800 2.支持全屏多点触控。 3.倾斜角设计，支持屏幕背景网格显示。 4.支持同屏显示 10 秒 12 导同步心电波形。 四、存储器： 1.内置存储器支持存储 1200 份心电图报告。 2.支持外接 U 盘扩展存储空间。 五、打印机			市理邦精密仪器股份有限公司			天（具体以签订的合同为准）	具体为厂家质保 1 年的基础上再提供 2 年原厂全保，即 1+2 年全保。签订本项目政府采购合同时中标方需提供整机原厂全保 3 年相关盖章证明文件，双方签订验收报告之日起计算。	

fab42cd9e8d453bbb1426bfc59cda-20260513020001745

		1.内置热敏式点阵打印机，能打印于A4和US letter大小的热敏纸。 2.走纸速度：5mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s，误差不大于±5% 3.打印分辨率:垂直分辨率8点/mm,水平分辨率40点/mm(25mm/s) 六、软件功能 ▲1.具有信号质量检测功能，对于信号干扰、接触不良或导联脱落的导联做出提示。 2.支持一维码/二维码条码扫描仪，可快速输入病人信息。 3.具有预约下载功能，直接将病人预约下载到心电图机上，减少医生工作量。 4.具有关机延迟功能：自第一次低电量提示后，有至少5分钟的关机延迟时间。 七、数据传输 1.外部接口：USB接口　网络接口。 2.标配无线WIFI模块，支持2.4G/5G双频。 3.支持HL7/DICOM/FTP标准协议，满足医院联网需求。 八、配置清单 1.心电图机主机（内置记录仪）1套。 2.电池1块。 3.电源线1根。 4.手册包1套。								

fa1426d9e88e4553bbb73423efc59cda-20260513012601745

		九、售后（其他） 1.整机质保：三年。 2.设备使用效期内免费提供系统升级服务。 3.海拔 4500 米以上能够正常使用，且满足使用科室需求。								
10	电动吸痰器	电动吸痰器技术参数、7E-A 型号 一、技术要求 1.极限负压值：0.09MPa(680mmHg) 2.抽气速率：32L/Min 3.贮液瓶：2500mL×2 4.负压调节范围:0.02Mpa～极限负压值。 5.噪声：不高于 60dB(A) 6.电源：AC220V 50Hz 7.输入功率：150VA 8.外包装尺寸：40cm×38cm×47cm 9.毛/净重：14KG/12KG 二、配置清单 1.主机 1 台。 2.吸引软导管（2m）1 根。 3.空气过滤器 2 个。 4.熔丝管 3 个。 5.电源线、保修卡、说明书、合格证等 1 套。 三、售后（其他）	3	江苏	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	0.30	0.90	30 日历天（具体以签订的合同为准）	整机原厂全保 3 年。具体为厂家质保 1 年的基础上再提供 2 年原厂全保，即 1+2 年全保。签订本项目政府采购合同时中标方需提供整机原厂全保 3 年相关盖章证明文件，双方签订验收报告之日起计算。	

fab426d9da8d4553bbb73426bfc59cda-20260513012601745

		1.整机质保：三年。 2.海拔4500米以上能够正常使用，且满足使用科室需求。								
总价：186.80万元										
法定代表人或其委托代理人签字								王俊国		
投标人(盖单位章)								西藏圣讯医疗器械有限公司		
日期								2026年05月13日		

注:1.如果投标人认为需要，每种货物（服务）填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

fab426d9da8d4553bbb73426bf059cda-20260513160