

五、分项报价明细表（实质性要求）

招标编号： GZFCG2026-34590

第/标包

序号	产品名称	质量标准	品牌	单位	数量	产地	单价（元）	金额（元）	备注
1	便携式 DR 设备	 <p>满足国家、行业标准和采购需求技术指标参数</p>	大为医疗	台	3	徐州	710000.00	2130000.00	<p>型号：RD-550E</p> <p>厂家：大为医疗（江苏）有限公司</p> <p>规格：★1、X 射线发生装置：</p> <p>（1）高压发生器：</p> <p>管电压范围：40 kV~125 kV；</p> <p>管电流范围：5 mA~100 mA；</p> <p>加载时间范围：2ms~10000 ms；</p> <p>电流时间积范围：0.1mAs~320 mAs；</p> <p>输出标称电功率：5.6kW；</p> <p>输入电源电压：AC100-240V，±10%；</p> <p>输入电源频率：50Hz/60Hz，±1Hz；</p> <p>电池供电：DC48V 级别大容量锂电池，6000 mAh，支持整机脱离式电独立工作。</p> <p>高压变压器结构：非工频；</p> <p>逆变频率：20kHz±2kHz；</p> <p>是否具有独立保护电路：是。</p> <p>（2）X 射线管：标称管电压：125kV；焦点：小焦点：0.6；大焦点：1.8；靶角：15°；靶材：钨；阳极热容量：30 kJ (42 kHU)；最大连续热耗散：</p>

									<p>275 W ；</p> <p>（3）限束器：等效总滤过：1.2mmAl；可选附加滤过：3.5mmAl；最大 X 射线辐射野：100cm，$\geq 430\text{mm} \times 430\text{mm}$；加载状态下的泄露辐射：在距焦点 1 米处，$100\text{cm}^2$ 任意区域内的平均空气比释动能，$\leq 1.0\text{mGy/h}$ 。</p> <p>★2、平板探测器：闪烁体材料：碘化铯(CsI)；光电二极管：非晶硅(a-Si)；像素尺寸：$139\mu\text{m}$；成像区域：$427\text{mm} \times 427\text{mm}$；采集矩阵：$3072 \times 3072$；</p> <p>★3、三角支架：</p> <p>结构：全折叠便携机架，医用稳定承重结构；</p> <p>折叠尺寸：紧凑型便携折叠结构，适配出诊、下乡、移动筛查使用；（折音后机架尺寸 $L \times W \times H$：$137\text{mm} \times 137\text{mm} \times 620\text{mm}$，$\pm 5\%$）</p> <p>展开尺寸：落地稳定式大机架，支撑稳固、不易晃动；（展开后机架尺寸 $L \times W \times H$：$1400\text{mm} \times 1200\text{mm} \times 1820\text{mm}$，$\pm 5\%$）</p> <p>机头角度：可手动多角度旋转，支持 360° 全方位拍摄。</p> <p>SID：850mm~1050mm，$\pm 5\%$</p> <p>★4、工作站：</p> <p>最低性能要求：</p> <p>操作系统：CPU 性能：</p> <p>英特尔酷睿 i5 或兼容版本；</p> <p>内存大小：8G 内存或以上；</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>储存容量：128G 以上；</p> <p>显示器最低性能：</p> <p>屏幕尺寸：11.6 英寸；</p> <p>类型（CRT/液晶，彩色/黑白）：液晶，彩色；</p> <p>分辨率（像素矩阵）：1280×1024；</p> <p>亮度最大值：100nits；</p> <p>对比度：500：1</p> <p>★5、软件：检查管理：登记患者信息，显示工作列表、检查列表，可进行信息管理。</p> <p>图像采集：对病人采集图像进行控制，包括检查项目，曝光条件，检查病人体型，拍摄体位，检查项目，检查协议，参数设置，以及缩略图。</p> <p>图像预览：具备图像处理功能，可对图像进行裁剪、上下翻转、放大、缩小；可对图像进行测量，包括距离测量、角度测量、矩形测量；可在图像上添加标识；可对摄影图像进行高级处理，包括对比度，边缘，噪声抑制和伽马值。</p> <p>图像输出：具备图像归档、图像刻录、图像导出、图像打印、图像报告功能。</p> <p>系统管理：包含基本参数设置、硬件参数配置、网络参数设置、检查管理配置、用户管理。</p>
总 价（元）				<p>人民币小写：2130000.00 元</p> <p>人民币大写：贰佰壹拾叁万元整</p>				

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：西藏鑫联康医疗器械有限公司（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：颜家欢

投标日期：2026年08月05日



006db4d7ab7b4a6081237a9a997c9579-20260804174638688

十一、中小企业声明函

投标人运用此表时该格式不得变更和删减否则评审小组不予认定

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2022〕19号）的规定，本公司（联合体）参加 西藏左贡县人民医院（单位名称）的 昌都市左贡县人民医院采购便携式DR设备项目（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 便携式DR设备（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商 大为医疗（江苏）有限公司（承接企业）为（企业名称），从业人员 181 人，营业收入为 12366.67 万元，资产总额为 13314.84 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：西藏鑫联康医疗器械有限公司

日期：2026年08月05日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。